


Tubo patrón número
Reference standard #

1C3109

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	4761
Espesor [mm] Wall Thickness	2,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	28724
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0923675



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,318	0,314	0,58	Agustin Torres	25/09/20
B	Transversal Externo Transverse OD	0,80	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	21,00	0,314	0,308	0,58	Agustin Torres	25/09/20
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,80	15	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	25,00	0,458	0,455	0,58	Agustin Torres	28/09/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,318	0,320	0,58	Agustin Torres	25/09/20
E	Transversal Externo Transverse OD	0,80	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	21,00	0,321	0,260	0,58	Agustin Torres	25/09/20
F	Transversal Interno Transverse ID	0,58	11	±15	0,345	0,255	0,300	12,00	12,00	0,322	0,315	0,58	Agustin Torres	28/09/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,314	0,310	0,58	Agustin Torres	25/09/20
H	Transversal Externo Transverse OD	0,80	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	21,00	0,304	0,344	0,80	Agustin Torres	25/09/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C3109****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	4761
Espesor [mm] Wall Thickness	2,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	28724
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0923675

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000** **Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey** **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**