

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U370





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	45,00	0,572	0,607	0,90	Sebastian Monteros	08/04/05
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	43,00	0,608	0,642	0,92	Sebastian Monteros	08/04/05
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	44,00	0,641	0,647	0,91	Sebastian Monteros	08/04/05
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	43,00	0,601	0,584	0,91	Sebastian Monteros	08/04/05
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	46,00	0,568	0,563	0,93	Sebastian Monteros	08/04/05
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	7,303	5,398	6,350	15,00	14,60	6,000	6,000	5,80	Sebastian Monteros	08/04/05
G	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,40	50	±15	7,303	5,398	6,350	-	,	6,600	-	6,10	Sebastian Monteros	08/04/05
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	43,00	0,583	0,564	0,95	Sebastian Monteros	08/04/05

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 08/04/2005 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 09:28:57 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

**2U370** 

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	219,1	Cliente Client	ADCO/ABU DHABI	Ciclo Product	76183					
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico		Colada <sub>Heat</sub>	69478					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4307.08					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES