


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0589**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	117	Cliente Client	BAFIN S.P.A	Ciclo Product	16727
Espesor [mm] Wall Thickness	20	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	20907
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6374.03



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	25,40	24,00	1,091	1,079	0,96	Pablo Mazzeo	16/07/12
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	25,40	23,80	0,891	0,930	0,96	Pablo Mazzeo	16/07/12
C	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	25,40	22,00	0,976	1,022	0,84	Dante Antunez	16/07/12
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	25,40	24,30	1,052	1,125	0,86	Dante Antunez	16/07/12
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	25,40	24,00	1,129	1,136	0,86	Pablo Mazzeo	14/05/14
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	25,40	23,00	1,097	1,117	0,86	Pablo Mazzeo	14/05/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	25,40	24,00	1,088	1,124	0,87	Pablo Mazzeo	14/05/14
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,150	0,850	1,000	25,40	23,00	1,027	1,029	0,87	Pablo Mazzeo	14/05/14

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0589**

**Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	117	Cliente Client	BAFIN S.P.A	Ciclo Product	16727
Espesor [mm] Wall Thickness	20	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	20907
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6374.03

**Instrumentos de Medicion Utilizados:**

**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000**      **Codigo: 302-711A**

**Calibre Pie de Rey**      **Codigo:**

**Notas:**

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

**Notes:**

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES