


Tubo patrón número
Reference standard #

210873

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	MRC MIDFIELD	Ciclo Product	84758
Espesor [mm] Wall Thickness	17,12	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	44376
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,99	5	±15	0,984	0,728	0,856	48,00	48,00	0,843	0,785	0,99	-	Dante Antunez	15/02/11
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,984	0,728	0,856	50,80	43,50	0,938	0,944	0,99	-	Dante Antunez	15/02/11
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,984	0,728	0,856	50,80	48,70	0,948	0,935	0,95	-	Dante Antunez	15/02/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,984	0,728	0,856	50,80	37,00	0,872	0,860	0,96	-	Dante Antunez	15/02/11
E	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80	Dante Antunez	15/02/11
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,17	Dante Antunez	15/02/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**210873****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	MRC MIDFIELD	Ciclo Product	84758
Espesor [mm] Wall Thickness	17,12	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	44376
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**