


Tubo patrón número
Reference standard #

1c630

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 38,1 | Cliente Client | Ciclo Product | 0 | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 3,9 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | | |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Agujero Pasante Drilled hole | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | Sebastian Monteros | 09/11/04 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,224 | 0,166 | 0,195 | 50,80 | 49,00 | 0,290 | 0,305 | 0,91 | Sebastian Monteros | 09/11/04 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,449 | 0,332 | 0,390 | 50,80 | 49,00 | 0,408 | 0,435 | 0,92 | Sebastian Monteros | 09/11/04 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,224 | 0,166 | 0,195 | 50,80 | 27,00 | 0,336 | 0,341 | 0,92 | Sebastian Monteros | 09/11/04 |
| E | Agujero Pasante Drilled hole | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | Sebastian Monteros | 09/11/04 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

09/11/2004
10:30:55 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006