


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1T047**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	66,8	Cliente Client	TTTU	Ciclo Product	10664
Espesor [mm] Wall Thickness	8,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	36586
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,477	0,353	0,415	50,80	48,00	0,445	0,443	0,98	Sebastian Monteros	08/10/08
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,477	0,353	0,415	50,80	44,00	0,450	0,460	0,98	Sebastian Monteros	08/10/08
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,477	0,353	0,415	50,80	46,00	0,385	0,385	0,98	Sebastian Monteros	08/10/08
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,477	0,353	0,415	50,80	46,00	0,426	0,450	0,97	Sebastian Monteros	08/10/08
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,955	0,706	0,830	50,80	46,00	0,930	0,940	0,97	Sebastian Monteros	08/10/08
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,955	0,706	0,830	50,80	44,00	0,950	0,920	0,98	Sebastian Monteros	08/10/08
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,955	0,706	0,830	50,80	46,00	0,850	0,870	0,94	Sebastian Monteros	08/10/08
H	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,955	0,706	0,830	50,80	42,00	0,808	0,850	0,96	Sebastian Monteros	08/10/08

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1T047****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	66,8	Cliente Client	TTTU	Ciclo Product	10664
Espesor [mm] Wall Thickness	8,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	36586
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Nikon V-16E   Codigo: 90012410**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**