


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1T0114**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	SP CAMPANA	Ciclo Product	65070
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	40033
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	47,70	0,528	0,589	0,95	Dante Antunez	26/06/10
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	28,70	0,263	0,259	0,90	Dante Antunez	26/06/10
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	47,00	0,340	0,345	0,84	Daniel Carcacha	26/06/10
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,792	0,585	0,689	50,80	46,00	0,770	0,774	0,91	Daniel Carcacha	26/06/10
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	0,792	0,585	0,689	50,80	34,00	0,770	0,772	0,89	Daniel Carcacha	26/06/10
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	34,00	0,340	0,343	0,83	Daniel Carcacha	26/06/10
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	0,792	0,585	0,689	50,80	30,40	0,610	0,628	0,99	Dante Antunez	26/06/10

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1T0114****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	SP CAMPANA	Ciclo Product	65070
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	40033
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Calibre Pie de Rey   Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**