


Tubo patrón número
Reference standard #

2U148

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	TOTAL	Ciclo Product	71753
Espesor [mm] Wall Thickness	8,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	82475
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,500	0,370	0,435	50,80	49,00	0,490	0,490	0,93	Sebastian Monteros	22/11/06
B	Chavetero Grove	6,00	50	±15	5,003	3,698	4,350	80,00	80,00	4,250	4,250	6,00	Sebastian Monteros	22/11/06
C	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,500	0,370	0,435	50,80	49,00	0,500	0,500	0,93	Sebastian Monteros	22/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,500	0,370	0,435	50,80	49,00	0,480	0,480	0,93	Sebastian Monteros	22/11/06
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,500	0,370	0,435	50,80	49,00	0,430	0,430	0,92	Sebastian Monteros	22/11/06
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,500	0,370	0,435	50,80	50,00	0,420	0,430	0,93	Sebastian Monteros	22/11/06
G	Chavetero Grove	6,00	50	±15	5,003	3,698	4,350	15,00	15,00	4,320	4,320	6,00	Sebastian Monteros	22/11/06
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,500	0,370	0,435	50,80	49,00	0,480	0,460	0,94	Sebastian Monteros	22/11/06

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2U148****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	TOTAL	Ciclo Product	71753
Espesor [mm] Wall Thickness	8,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	82475
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**