

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1883

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	TUBACERO	Ciclo Product	70514			
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	34057			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5766409			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,552	0,408	0,480	50,00	48,60	0,515	0,525	0,84	Dante Antunez	27/05/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	48,70	0,682	0,681	0,86	Dante Antunez	27/05/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,60	0,312	0,321	0,83	Dante Antunez	27/05/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	42,40	0,300	0,329	0,81	Dante Antunez	27/05/09
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	40,70	0,334	0,316	0,84	Dante Antunez	27/05/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1883

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	TUBACERO	Ciclo Product	70514			
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	34057			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5766409			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES