


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0665

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	30	Cliente Client	PRUEBA LAJ3	Ciclo Product	35550
Espesor [mm] Wall Thickness	2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±15	0,230	0,170	0,200	20,00	20,00	0,189	0,223	0,30	Agustin Torres	20/12/18
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±15	0,230	0,170	0,200	20,00	20,00	0,201	0,203	0,30	Agustin Torres	20/12/18
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	±15	0,230	0,170	0,200	20,00	20,00	0,195	0,207	0,30	Agustin Torres	26/12/18
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	±15	0,230	0,170	0,200	20,00	20,00	0,220	0,224	0,30	Agustin Torres	26/12/18
E	Transversal Externo Transverse OD	0,30	10	±15	0,230	0,170	0,200	20,00	20,00	0,225	0,227	0,30	Agustin Torres	20/12/18
F	Transversal Externo Transverse OD	0,30	10	±15	0,230	0,170	0,200	20,00	20,00	0,197	0,206	0,30	Agustin Torres	20/12/18
G	Transversal Interno Transverse ID	0,30	10	±15	0,230	0,170	0,200	20,00	11,00	0,209	0,211	0,30	Agustin Torres	26/12/18

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

26/12/2018
01:13:02 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0665**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	30	Cliente Client	PRUEBA LAJ3	Ciclo Product	35550
Espesor [mm] Wall Thickness	2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES