


Tubo patrón número
Reference standard #

1C3044

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	57	Cliente Client	acovisa indust	Ciclo Product	14866
Espesor [mm] Wall Thickness	9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	60722
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5126203



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	50,00	0,457	0,462	0,86	Agustin Torres	07/03/20
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	36,00	0,444	0,483	0,86	Agustin Torres	07/03/20
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	50,00	0,986	1,020	0,87	Agustin Torres	07/03/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	50,00	0,488	0,497	0,86	Agustin Torres	07/03/20
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,035	0,765	0,900	50,00	25,00	0,926	0,997	0,86	Agustin Torres	07/03/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	36,00	0,508	0,510	0,86	Agustin Torres	07/03/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	50,00	0,508	0,510	0,86	Agustin Torres	07/03/20
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	50,00	36,00	0,448	0,467	0,86	Agustin Torres	07/03/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C3044****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	57	Cliente Client	acovisa indust	Ciclo Product	14866
Espesor [mm] Wall Thickness	9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	60722
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5126203

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**