

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3113

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	33,4	Cliente Client	CARDALDA S.A.	Ciclo Product	22356			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	61529			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5155207			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	Tale of Today Today Tale of Today Tale of Tale													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	14	±15	0,576	0,425	0,501	50,00	50,00	0,482	0,575	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	14	±15	0,576	0,425	0,501	50,00	50,00	0,500	0,528	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	14	±15	0,576	0,425	0,501	50,00	50,00	0,500	0,528	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	14	±15	0,576	0,425	0,501	50,00	50,00	0,508	0,575	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	14	±15	0,576	0,425	0,501	50,00	50,00	0,550	0,558	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	14	±15	0,576	0,425	0,501	50,00	50,00	0,457	0,575	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	14	±15	0,576	0,425	0,501	50,00	50,00	0,530	0,533	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	14	±15	0,576	0,425	0,501	50,00	50,00	0,457	0,558	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20

#### Notas

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 16/06/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

1C3113

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	CARDALDA S.A.	Ciclo Product	22356			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	61529			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5155207			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO