


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0607

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	61,92	Cliente Client	Schlumberger	Ciclo Product	35468
Espesor [mm] Wall Thickness	6,55	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	77170
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	25,00	0,322	0,325	0,54	Agustin Torres	18/05/17
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	25,00	0,332	0,342	0,54	Agustin Torres	18/05/17
C	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	24,50	0,330	0,337	0,54	Agustin Torres	18/05/17
D	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	24,50	0,334	0,338	0,54	Agustin Torres	18/05/17
E	Transversal Interno Transverse ID	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	18,50	0,343	0,340	0,54	Agustin Torres	20/05/17
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	25,00	0,331	0,342	0,56	Agustin Torres	19/05/17
G	Chavetero Grove	5,00	50	±5	3,439	3,111	3,275	16,00	15,50	3,200	3,200	5,00	Agustin Torres	19/05/17

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0607

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	61,92	Cliente Client	Schlumberger	Ciclo Product	35468
Espesor [mm] Wall Thickness	6,55	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	77170
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 **Codigo: 302-711A**

Calibre Pie de Rey **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES