


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2219

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	COMCO	Ciclo Product	57511
Espesor [mm] Wall Thickness	11,07	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	47834
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5125008



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,86	10	±15	1,273	0,941	1,107	48,00	48,00	1,156	1,137	0,86	Agustin Torres	01/08/11
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,00	48,50	0,598	0,602	0,86	Dante Antunez	01/08/11
C	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	10	±15	1,273	0,941	1,107	50,00	48,50	1,138	1,141	0,85	Dante Antunez	01/08/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,637	0,470	0,554	50,00	38,00	0,625	0,630	0,86	Dante Antunez	01/08/11
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,273	0,941	1,107	50,00	19,00	1,173	1,173	0,86	Agustin Torres	01/08/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	01/08/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	01/08/11
H	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	12/08/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2219****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	COMCO	Ciclo Product	57511
Espesor [mm] Wall Thickness	11,07	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	47834
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5125008

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES