

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0424

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	127,15	Cliente Client	C. INT. TYP. TREF	Ciclo Product	33577				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,63	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	77760				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	4	±15	0,286	0,211	0,249	50,00	48,00	0,250	0,251	0,23	Daniel Carcacha	11/05/11
ıĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	4	±15	0,286	0,211	0,249	50,00	48,00	0,245	0,251	0,26	Daniel Carcacha	11/05/11
1 ('	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	4	±15	0,286	0,211	0,249	48,00	48,00	0,240	0,238	0,25	Daniel Carcacha	11/05/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

11/05/2011 02:51:48 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006