

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**TF0420** 

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	39,64	Cliente Client	Schlumberger TC	Ciclo Product	33527			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,82	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	43033			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,55	8	±15	0,443	0,328	0,386	25,00	25,00	0,440	0,438	0,55	Sebastian Monteros	24/03/11
В	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	25	±10	1,326	1,085	1,205	-	ī	1,300	ı	6,00	Daniel Carcacha	24/03/11
С	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±10	2,651	2,169	2,410	-		2,600	ı	6,00	Daniel Carcacha	24/03/11
D	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	75	±10	3,977	3,254	3,615	-	-	3,800	-	6,00	Daniel Carcacha	24/03/11
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,55	8	+5-0	0,405	0,386	0,386	25,00	25,00	0,384	0,383	0,55	Sebastian Monteros	24/03/11
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,55	8	+5-0	0,405	0,386	0,386	25,00	25,00	0,380	0,378	0,55	Daniel Carcacha	25/03/11
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,55	8	±15	0,443	0,328	0,386	25,00	25,00	0,383	0,384	0,55	Sebastian Monteros	24/03/11

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

**TF0420** 

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	39,64	Cliente Client	Schlumberger TC	Ciclo Product	33527			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,82	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	43033			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO