


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1817

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	TGS CANADA	Ciclo Product	65308
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	27516
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5001701



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,507	0,375	0,441	50,80	48,20	0,506	0,505	0,84	Nicolas Lorenzato	05/06/08
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	49,20	0,312	0,335	0,83	Nicolas Lorenzato	05/06/08
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	49,10	0,622	0,598	0,83	Daniel Carcacha	05/06/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	46,70	0,337	0,314	0,83	Nicolas Lorenzato	05/06/08
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	39,80	0,343	0,339	0,82	Nicolas Lorenzato	05/06/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1817**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	TGS CANADA	Ciclo Product	65308
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	27516
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5001701

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Medidor de espesor Mess DR-5 Codigo: 5151****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES