

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2037

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	89,1	Cliente Client	THAI BENKAN	Ciclo Product	84528			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,6	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	40739			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5375702			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,759	0,561	0,660	50,00	48,40	0,730	0,741	0,97	Dante Antunez	22/07/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,380	0,281	0,330	50,00	47,60	0,375	0,374	0,94	Dante Antunez	22/07/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,380	0,281	0,330	50,00	43,50	0,369	0,376	0,94	Dante Antunez	22/07/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,759	0,561	0,660	50,00	30,60	0,679	0,641	0,97	Dante Antunez	22/07/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2