


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0597

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	96,1	Cliente Client	FAPE	Ciclo Product	10005
Espesor [mm] Wall Thickness	10,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	25301
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8556.97



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	47,00	0,598	0,592	0,92	Agustin Torres	25/09/12
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	32,80	0,580	0,573	0,86	Agustin Torres	25/09/12
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	47,00	0,561	0,564	0,93	Agustin Torres	25/09/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	45,70	0,523	0,545	0,93	Agustin Torres	26/09/12
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	47,20	0,567	0,561	0,94	Pablo Mazzeo	26/09/12
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	41,00	0,519	0,496	0,94	Pablo Mazzeo	26/09/12
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	47,20	0,522	0,553	0,94	Pablo Mazzeo	26/09/12
H	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	35,50	0,541	0,502	0,85	Pablo Mazzeo	26/09/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1U0597****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	96,1	Cliente Client	FAPE	Ciclo Product	10005
Espesor [mm] Wall Thickness	10,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	25301
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8556.97

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**