


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0502**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	GEOTUB S.A	Ciclo Product	15149
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	41710
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5061.03



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,526	0,519	0,92	Pablo Mazzeo	11/10/10
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	23,50	0,531	0,523	0,92	Pablo Mazzeo	11/10/10
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,541	0,536	0,92	Pablo Mazzeo	11/10/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	23,00	0,539	0,545	0,92	Pablo Mazzeo	11/10/10
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,512	0,523	0,25	Pablo Mazzeo	08/05/13
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	22,00	0,519	0,526	0,50	Pablo Mazzeo	08/05/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,523	0,531	0,25	Pablo Mazzeo	08/05/13
H	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	23,50	0,537	0,524	0,50	Pablo Mazzeo	08/05/13

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1U0502****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	GEOTUB S.A	Ciclo Product	15149
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	41710
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5061.03

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**