


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2402

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	GAMAKO	Ciclo Product	61314
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	22806
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5703605



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,96	10	±15	1,553	1,148	1,350	50,00	48,00	1,500	1,521	0,96	Daniel Carcacha	29/05/12
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	48,00	0,745	0,769	0,88	Pablo Mazzeo	26/05/12
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,553	1,148	1,350	50,80	41,00	1,511	1,524	0,96	Daniel Carcacha	26/05/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,553	1,148	1,350	50,80	48,00	1,521	1,541	0,97	Daniel Carcacha	29/05/12
E	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	16/07/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	06/10/12
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	06/10/12
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	48,00	0,650	0,600	0,98	Default Default	01/11/12

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2402**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	GAMAKO	Ciclo Product	61314
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	22806
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5703605

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES