


Tubo patrón número
Reference standard #

1C3078

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	82,5	Cliente Client	SCHLUMBE RGER AR	Ciclo Product	14845
Espesor [mm] Wall Thickness	15,85	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	59877
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5150202



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,911	0,674	0,793	50,00	50,00	0,825	0,840	0,99	Sebastian Monteros	11/02/21
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebastian Monteros	16/06/20
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,911	0,674	0,793	50,80	50,00	0,863	0,850	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,911	0,674	0,793	50,80	50,00	0,685	0,762	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,911	0,674	0,793	50,80	50,00	0,711	0,863	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,911	0,674	0,793	50,80	50,00	0,863	0,860	0,99	Sebastian Monteros	16/06/20
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,911	0,674	0,793	50,00	50,00	0,835	0,845	0,99	Sebastian Monteros	11/02/21

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C3078****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	82,5	Cliente Client	SCHLUMBE RGER AR	Ciclo Product	14845
Espesor [mm] Wall Thickness	15,85	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	59877
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5150202

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**