

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



210750





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	1,159	0,857	1,008	50,80	48,50	1,024	1,080	0,86	Sebastian Monteros	05/09/08
В	Chavetero Grove	8,00	50	±15	9,200	6,800	8,000	25,00	24,00	8,000	8,000	7,20	Sebastian Monteros	05/09/08
С	Chavetero Grove	8,00	19	±15	3,450	2,550	3,000	25,00	24,00	3,000	3,000	7,00	Sebastian Monteros	05/09/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2