

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3069





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,941	0,695	0,818	25,40	25,00	0,711	0,762	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,941	0,695	0,818	25,40	20,00	0,711	0,736	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,941	0,695	0,818	25,40	25,00	0,762	0,711	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,941	0,695	0,818	25,40	20,00	0,711	0,812	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,941	0,695	0,818	25,40	25,00	0,838	0,736	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,941	0,695	0,818	25,40	20,00	0,736	0,787	1,00	Jorge Frascuelli	21/05/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3069

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	44,5	Cliente Client	ACEROS LEVINSON	Ciclo Product	14631					
Espesor [mm] Wall Thickness	8,18	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	22486					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5184601					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO