

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



TF0315

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	39,64	Cliente Client	SCHLUMBE RGER	Ciclo Product	38159			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,82	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	34845			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,00	50	±15	2,772	2,049	2,410	-	-	2,700	-	6,00	Daniel Carcacha	01/04/09
В	Chavetero Grove	5,00	50	+10-0	2,651	2,410	2,410	16,00	14,50	2,400	2,400	4,50	Pablo Mazzeo	11/12/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO