

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1E107

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | |
|--|----|---------------------|----|-----------------------------------|-------|--|--|--|
| Diametro [mm] | 52 | Cliente Client | | Ciclo Product | 27490 | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 11 | Tratamiento Termico | SI | Colada _{Heat} | 34923 | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | | | | |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | | | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|-------|---|---------------------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Δ | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 13 | ±15 | 1,581 | 1,169 | 1,375 | 150,00 | 150,00 | 1,104 | 1,096 | 1,00 | Sebastian Monteros | 18/12/06 |
| В | Circular de ecualización Externo | 1,00 | 13 | ±15 | 1,581 | 1,169 | 1,375 | - | - | 1,368 | 1,371 | 1,03 | Sebastian Monteros | 18/12/06 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES