

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1005

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client		Ciclo Product	71736			
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,093	0,808	0,950	38,10	37,00	1,061	1,073	0,96	Sebastian Monteros	10/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,10	37,00	0,534	0,170	0,97	Sebastian Monteros	10/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,10	37,00	0,511	0,210	0,95	Sebastian Monteros	10/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,093	0,808	0,950	38,10	31,00	1,089	1,062	0,99	Sebastian Monteros	10/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES