

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2581





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,98	10	±15	1,461	1,080	1,270	48,00	48,00	1,427	1,441	0,98	Pablo Mazzeo	22/03/14
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,98	10	±15	1,461	1,080	1,270	48,00	48,00	1,445	1,431	0,98	Pablo Mazzeo	22/03/14
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	34,00	0,711	0,722	0,98	Pablo Mazzeo	22/03/14
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	32,00	1,419	1,436	0,98	Pablo Mazzeo	22/03/14
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,723	0,725	0,99	Default Default	09/12/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,720	0,721	0,99	Default Default	09/12/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,719	0,723	0,99	Default Default	09/12/19
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,725	0,717	0,99	Default Default	09/12/19

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 09/12/2019 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 11:44:11 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1C2581

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	OCCIDENTA L OF B	Ciclo Product	81286				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	24834				
Trazabilidad Traceability	1404			Expediente Manufacturing Order	5667301				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES