


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0317

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	TUBE SUPPLY	Ciclo Product	34937
Espesor [mm] Wall Thickness	15,59	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9186-01



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	+10-0	0,857	0,780	0,780	50,00	49,80	0,754	0,771	0,96	Daniel Carcacha	09/04/09
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	+10-0	0,857	0,780	0,780	50,00	47,90	0,728	0,708	0,81	Daniel Carcacha	09/04/09
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	+10-0	0,857	0,780	0,780	50,00	36,30	0,739	0,739	0,81	Daniel Carcacha	09/04/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	+10-0	0,857	0,780	0,780	50,00	21,40	0,758	0,760	0,94	Daniel Carcacha	09/04/09
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	+10-0	0,857	0,780	0,780	50,00	36,40	0,720	0,743	0,84	Daniel Carcacha	09/04/09
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	+10-0	0,857	0,780	0,780	50,00	21,40	0,765	0,769	0,94	Daniel Carcacha	09/04/09
G	Reduccion de Espesor Externo	25,40	1	±0	0,190	0,190	0,190	25,40	25,40	-	-	25,40	Daniel Carcacha	09/04/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #**TF0317****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	TUBE SUPPLY	Ciclo Product	34937
Espesor [mm] Wall Thickness	15,59	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9186-01

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO