


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C1557**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	82,5	Cliente Client	Ciclo Product	87170	
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	21401
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	0	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,414	0,306	0,360	50,80	44,00	0,295	0,330	0,83	Sebastian Monteros	01/03/07
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,80	47,00	0,515	0,514	0,97	Sebastian Monteros	01/03/07
C	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,80	47,00	0,327	0,332	0,97	Sebastian Monteros	01/03/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,80	38,00	0,326	0,341	0,84	Sebastian Monteros	01/03/07
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,80	31,00	0,318	0,301	0,83	Sebastian Monteros	01/03/07

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT	Fecha Date	01/03/2007 02:40:45 p.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------