


Tubo patrón número
Reference standard #

1c589

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 73 | Cliente Client | Ciclo Product | 0 | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 4,75 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | | |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Agujero Pasante Drilled hole | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | Sebastian Monteros | 05/11/04 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 7 | ±15 | 0,382 | 0,283 | 0,333 | 50,00 | 50,00 | 7,000 | 7,000 | 1,00 | Sebastian Monteros | 05/11/04 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 7 | ±15 | 0,382 | 0,283 | 0,333 | 50,00 | 50,00 | 7,000 | 7,000 | 1,00 | Sebastian Monteros | 05/11/04 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO