


Tubo patrón número
Reference standard #

1C3156

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	76,1	Cliente Client	ONDA GROUP S.R.	Ciclo Product	21121
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	62603
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5228001



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	50,00	0,635	0,584	0,99	Sebastian Monteros	14/09/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	50,00	0,635	0,685	0,99	Sebastian Monteros	14/09/20
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	50,00	0,660	0,635	0,99	Sebastian Monteros	14/09/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	50,00	0,685	0,635	0,99	Sebastian Monteros	14/09/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	50,00	0,584	0,609	0,99	Sebastian Monteros	14/09/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	50,00	0,635	0,609	0,99	Sebastian Monteros	14/09/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	50,00	0,660	0,635	0,99	Sebastian Monteros	14/09/20
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	50,00	0,609	0,635	0,99	Sebastian Monteros	14/09/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3156**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	76,1	Cliente Client	ONDA GROUP S.R.	Ciclo Product	21121
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	62603
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5228001

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Comparador a cuchilla Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES