

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i427

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client		Ciclo Product	0			
Espesor [mm] Wall Thickness	4	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicior Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,230	0,170	0,200	50,40	48,00	0,268	0,274	0,97	Sebastian Monteros	20/08/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,230	0,170	0,200	50,40	48,00	0,341	0,330	0,97	Sebastian Monteros	20/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO