


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2511**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	SP CAMPANA	Ciclo Product	88021
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	56350
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8751606



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	49,00	0,718	0,692	0,83	Agustin Torres	29/04/13
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	30,00	0,722	0,734	0,84	Agustin Torres	29/04/13
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	48,00	0,341	0,343	0,84	Daniel Carcacha	29/04/13
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	48,00	0,723	0,736	0,86	Daniel Carcacha	29/04/13
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	29,00	0,729	0,734	0,86	Daniel Carcacha	29/04/13
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	29,00	0,339	0,341	0,83	Daniel Carcacha	29/04/13
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	32,00	0,319	0,328	0,82	Pablo Mazzeo	29/04/13

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C2511****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	SP CAMPANA	Ciclo Product	88021
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	56350
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8751606

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000      Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey      Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**