

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



SS0141





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	2,588	1,913	2,250	-	-	2,100	-	6,30	Daniel Carcacha	10/07/09
В	Reduccion de Espesor Externo	12,50	10	±0	0,450	0,450	0,450	12,50	12,00	-	-	12,00	Daniel Carcacha	10/07/09
С	Chavetero Grove	6,00	50	±15	2,588	1,913	2,250	16,00	14,90	2,100	2,100	5,70	Daniel Carcacha	10/07/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2