


Tubo patrón número  
Reference standard #

**SS0394**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	PUNTA ROSCA 461	Ciclo Product	82234
Espesor [mm] Wall Thickness	9,17	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	6	±5	0,530	0,479	0,504	5,00	5,00	0,503	0,503	0,30	Agustin Torres	08/10/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	6	±5	0,530	0,479	0,504	5,00	5,00	0,487	0,487	0,30	Agustin Torres	08/10/20
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	11	±5	1,059	0,958	1,009	5,00	5,00	1,000	1,000	0,50	Agustin Torres	08/10/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	11	±5	1,059	0,958	1,009	5,00	5,00	1,000	1,000	0,50	Agustin Torres	08/10/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	16	±5	1,541	1,394	1,467	5,00	5,00	1,520	1,520	0,50	Agustin Torres	08/10/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	16	±5	1,541	1,394	1,467	5,00	5,00	1,470	1,470	0,50	Agustin Torres	08/10/20

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA NO

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número  
Reference standard #

**SS0394**

**Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	PUNTA ROSCA 461	Ciclo Product	82234
Espesor [mm] Wall Thickness	9,17	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

**Instrumentos de Medicion Utilizados:**

**Comparador a cuchilla   Codigo:**

**Calibre Pie de Rey   Codigo:**

**Notas:**

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

**Notes:**

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO