

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2i392

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 60.3 72398 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 3.91 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,450	0,332	0,391	50,80	47,00	0,450	0,415	0,94	Sebastian Monteros	11/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,450	0,332	0,391	50,80	45,00	0,405	0,417	0,93	Sebastian Monteros	11/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,450	0,332	0,391	50,80	47,00	0,448	0,446	0,94	Sebastian Monteros	11/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,450	0,332	0,391	50,80	32,00	0,426	0,388	0,93	Sebastian Monteros	11/08/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO