


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] TyP 47 37268 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada NO 7,42 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 8/8843-06 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	10	+10-0	0,816	0,742	0,742	25,00	25,00	0,742	0,739	0,60	Daniel Carcacha	31/01/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	+10-0	0,816	0,742	0,742	25,00	24,00	0,734	0,734	0,60	Daniel Carcacha	31/01/08
С	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	+10-0	0,816	0,742	0,742	25,00	23,50	0,731	0,731	0,59	Daniel Carcacha	31/01/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,60	10	+10-0	0,816	0,742	0,742	25,00	19,00	0,722	0,722	0,60	Daniel Carcacha	31/01/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

31/01/2008 Hoja TAND-001-05 **Fecha** Documento OT-PMANT 1/2 12:49:22 p.m. 17/04/2006 Vigencia