


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1191

Datos del Producto

Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 101,3 | Cliente Client | Ciclo Product | 27879 | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 15 | Tratamiento Termico Heat Treatment | No | Colada Heat | 44500 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | | |



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 15 | ±15 | 2,588 | 1,913 | 2,250 | 50,00 | 49,00 | 2,505 | 2,464 | 0,99 | Sebastian Monteros | 24/10/06 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,863 | 0,638 | 0,750 | 50,00 | 49,00 | 0,840 | 0,837 | 0,93 | Sebastian Monteros | 24/10/06 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,863 | 0,638 | 0,750 | 50,00 | 45,00 | 0,825 | 0,821 | 0,94 | Sebastian Monteros | 24/10/06 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 15 | ±15 | 2,588 | 1,913 | 2,250 | 50,00 | 42,00 | 2,450 | 2,447 | 0,99 | Sebastian Monteros | 24/10/06 |
| E | Agujero Pasante Drilled hole | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 | Default Default | 28/02/08 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES