UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO

Coordinación de Laboratorios · Facultad de Ingeniería

Laboratorio	606 - Máquinas Eléctricas A
Equipo	Fuente Dc Dual
Placa UD	410312
Número interno	MA25
Marca / modelo	PEAKTECH / 6075
Serial	
Estado	Activo
Funcionario	Edilberto Suárez Torres
Inventario físico	X
ARKA / ERP	/
Observaciones	



Adquisición y especificaciones

FECHA DE ADQUISICIÓN:

DE FACTURA COMPRA:

FRECUENCIA DE MTTO:

PROVEEDOR:

DE REMISIÓN COMPRA:

VALOR DE COMPRA:

PAÍS DE ORIGEN:

REFERENCIA/MODELO:

TIEMPO DE GARANTÍA:

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

POTENCIA ELÉCTRICA:

TIPO DE USO:

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

¿Cuenta con manual?:

Accesorios:

Historial de mantenimientos

1. MIC · 2026-03-31

Responsable: VANESSA CADENA

Empresa: Contratistas laboratorios de IEE

Garantía: N.A

Diagnóstico: SE EVIDENCIA QUE EL PULSADOR PARA PARALELO/SERIE SE QUEDA ATASCADO UNA VEZ SE PULSA

Mantenimiento realizado: SE REALIZA EL CAMBIO DEL PULSADOR POR UNO QUE ESTA EN LOS EQUIPOS PARA DAR DE BAJA

Estado: Operativo

Observaciones:

Repuestos:

Enlace:

2. MIC · 2026-03-31

Responsable: VANESSA CADENA

Empresa:

Garantía:

Diagnóstico: Se nota que el pulsador de (paralelo,serie) queda atascado

Mantenimiento realizado: Se realiza el cambio del pulsador y se deja funcional la fuente

Estado: Operativo

Observaciones:

Repuestos:

Enlace: