

Tamaño nominal de campo	Ajustes de la posición de la mordaza		
	Alias [mm]	MordazaDelante- ralECmm	MordazaTrase- ralECmm
Adquisición de imágenes (≈4 mm)	«J01»	-0,5	+0,5
Tratamiento de 10 mm	«J07»	-3,5	+3,5
Tratamiento de 25 mm	«J20»	-10	+10
Tratamiento de 50 mm	«J42»	-21	+21
Totalmente abierta (≈57 mm)	«J48»	-24	+24