1. INTRODUÇÃO

A garantia da segurança, eficácia e qualidade de produtos sujeitos a controle sanitário é uma preocupação constante dos serviços de vigilância sanitária.

De forma a aperfeiçoar o monitoramento da segurança, eficácia e qualidade de tais produtos, tem se tornado cada vez mais comum a aplicação de metodologias de avaliação de risco na condução de inspeções.

Durante a inspeção em estabelecimentos fabricantes de produtos para saúde, os desvios das diretrizes das Boas Práticas de Fabricação (BPF) são registrados pelo inspetor nos relatórios de inspeção.

Para a correta compreensão do risco, tais não conformidades precisam ser categorizadas quanto a este, garantindo que as ações relacionadas sejam pensadas de acordo com o risco relacionado.

Os estabelecimentos inspecionados devem ser classificados de acordo com sua capacidade de ofertar produtos seguros à população, ou seja, a classificação dos estabelecimentos deve refletir em última instância sua capacidade de atenderem aos requisitos de boas práticas de fabricação necessários à disponibilização de produto sem risco inaceitável.

Por fim, os estabelecimentos fabricantes de produtos para saúde devem ser ordenados de acordo com seu risco, garantindo que as ações de inspeção do SNVS possam ser mais ou menos frequentes, de acordo com o risco apresentado por cada estabelecimento, garantindo uma vigilância sanitária mais racional na utilização de seus recursos.

2. OBJETIVOS

- Sistematizar o formato da descrição das não conformidades (NCs), identificadas durante inspeções sanitárias em estabelecimentos fabricantes de produtos para saúde, no relatório de inspeção e no formulário de comunicação de não conformidades;
- Categorizar as NCs identificadas durante inspeções sanitárias em estabelecimentos fabricantes de produtos para saúde quanto ao risco;

- Dotar o sistema de estratégia de avaliação de risco, para que a aplicação de ações sanitárias padronizadas (medidas restritivas) atinja o resultado esperado de mitigação de riscos à população, sem, contudo, apresentar a possibilidade de desproporcionalidade entre risco e medida restritiva adotada;
- Definir a sistemática de classificação dos estabelecimentos fabricantes de produtos para saúde quanto ao cumprimento das Boas Práticas de Fabricação;
- Classificar os estabelecimentos quanto às ações sanitárias adotadas em relação às NC identificadas.

3. ABRANGÊNCIA

Aplicável a todos os fiscais da GVS que realizam inspeções para a verificação do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

A sistemática de classificação dos estabelecimentos quanto ao cumprimento das Boas Práticas de Fabricação e quanto ao Risco Regulatório não se aplica às inspeções de CTO direcionadas para novos estabelecimentos ou estabelecimentos interditados que não estejam em funcionamento, permanecendo aplicáveis as demais seções do procedimento.

4. REFERÊNCIAS

- RDC nº 16/2014. Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas.
- RDC n° 665/2022. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro;
- RDC n° 687/2022. Dispõe sobre os critérios para a concessão ou renovação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos;
- RDC nº 497/2021. Dispõe sobre os procedimentos administrativos para concessão de Certificação de Boas Práticas de Fabricação e de Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem;

- POP-O-SNVS-016. Categorização de não conformidades e classificação de estabelecimentos fabricantes de produtos para saúde quanto ao cumprimento das boas práticas e determinação do risco regulatório. Revisão 04, vigente em 15/01/2024.

5. DEFINIÇÕES

Para melhor entendimento deste procedimento aplicam-se as seguintes definições:

- **Boas Práticas:** abrange um conjunto de medidas que devem ser adotadas a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos com regulamentos sanitários;
- **Certificado de Boas Práticas de Fabricação:** documento emitido pela Anvisa atestando que determinado estabelecimento cumpre com os requisitos técnicos de Boas Práticas de Fabricação, na legislação em vigor, necessários à comercialização do produto;
- **Condições técnico-operacionais (CTO):** classificação aplicada em território nacional aos estabelecimentos ou linhas de produção em início de atividades ou também às linhas de produção já existentes dispostos quando da inclusão de linha de produção e/ou classe de risco, que possuem capacidade técnica e operacional adequada à fabricação em escala industrial de medicamentos ou produtos para saúde;
- **Sem Ação Indicada (SAI):** situação em que não foram verificadas, durante a inspeção, condições ou práticas em desacordo com as normas sanitárias/requerimentos de BPF vigentes, que indicassem a necessidade de adoção imediata de ações sanitárias restritivas ao lote/número de série, produto ou linha de produção afetados. A classificação em SAI resulta na imediata certificação da empresa para todas as linhas objeto da inspeção;
- **Ação Voluntária Indicada (AVI):** situação em que foram encontradas, durante a inspeção, condições ou práticas em desacordo com as normas sanitárias/requerimentos de BPF vigentes, que resultam na adoção imediata e

voluntária, por parte da empresa, de ações sanitárias restritivas ao lote/número de série, produto ou linha de produção afetados, com ações corretivas e/ou correções consideradas adequadas pela equipe inspetora para mitigação do risco identificado. A classificação em AVI resulta na certificação do estabelecimento inspecionado;

- **Ação Oficial Determinada (AOD):** situação em que foram encontradas, durante a inspeção, condições ou práticas em desacordo com as normas sanitárias/requisitos de BPF vigentes, que resultam na adoção, pela autoridade sanitária, de ações sanitárias restritivas ao lote/número de série, produto ou linha de produção afetados. A classificação em AOD resulta na certificação do estabelecimento inspecionado, caso o estabelecimento possua mais de uma linha de produção, não sendo concedida a certificação da linha de produção para a qual os produtos tiverem sido objeto de ação oficial determinada. O estabelecimento que possui apenas uma linha de produção não será certificado no caso de classificação AOD;
- **Formulário de Comunicação de Não Conformidades:** formulário contendo a lista das não conformidades detectadas durante a inspeção e entregue ao final desta;
- **Inspeção:** verificação, pelos órgãos de vigilância sanitária competentes do SNVS, do cumprimento das boas práticas em estabelecimentos fabricantes, distribuidoras, importadoras ou armazenadores de produtos para saúde;
- **Não Conformidade:** deficiência ou desvio relativo a requisito especificado de Boas Práticas, identificado em inspeção sanitária de um estabelecimento e formalizado no Formulário de Comunicação de Não Conformidades/ Relatório de Inspeção. As não conformidades são categorizadas como "Críticas", "Maiores" e/ ou "Menores";
- **Não Conformidade de incidência generalizada:** Não conformidade com três ou mais evidências identificadas na mesma inspeção;
- **Não Conformidade de incidência pontual:** Não conformidade com até duas evidências identificadas na mesma inspeção;
- **Produto Nocivo:** produto para o qual o uso ou a exposição gera alta probabilidade de evento adverso grave nos termos da RDC 67/2009 ou suas atualizações;

- **Relatório de Inspeção:** documento formal elaborado pela equipe inspetora, que descreve as condições da empresa verificadas durante a inspeção frente às Boas Práticas de Fabricação.

6. SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

- Anvisa: Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
- AVI: Ação Voluntária Indicada;
- AOD: Ação Oficial Indicada;
- BPF: Boas Práticas de Fabricação;
- CBPF: Certificado de Boas Práticas de Fabricação;
- CQ: Controle de Qualidade;
- GQ: Garantia da Qualidade;
- NC: Não Conformidade;
- RDC: Resolução da Diretoria Colegiada;
- SAI: Sem Ação Indicada;
- SNVS: Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
- Visa: Órgão de Vigilância Sanitária Municipal;
- GVS: Gerência de Vigilância Sanitária Municipal.

7. RESPONSABILIDADES

A correta aplicação deste procedimento é de responsabilidade dos fiscais que executam atividades de inspeção sanitária para verificação das Boas Práticas em estabelecimentos fabricantes de Produtos para Saúde.

8. PRINCIPAIS PASSOS

8.1. Descrição textual das Não Conformidades identificadas

A NC deve ser composta pela combinação do requisito regulamentar descumprido com a evidência, que representa a descrição da situação encontrada no estabelecimento.

A descrição deve ser autoexplicativa, possibilitando ao leitor tanto a identificação clara da evidência de não conformidade encontrada na empresa, como também, do requisito regulamentar descumprido.

A NC, que representa a primeira parte da descrição da NC, deve contemplar:

- O texto do requisito normativo descumprido em sua forma negativa e com escopo reduzido somente à situação fática encontrada.

A evidência, que representa a segunda parte da descrição da NC, deve contemplar:

- Detecção - Como o fato foi constatado pelos inspetores (avaliação documental, entrevista, inspeção *in loco*);
- Explicação – Qual foi o fato encontrado que constitui uma situação de descumprimento em relação às Boas Práticas;
- Abrangência - A extensão do fato encontrado em relação a lotes, produtos, linhas ou áreas produtivas, se aplicável.

Os passos necessários à construção da descrição de uma não conformidade são exemplificados no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1. Exemplificação dos passos necessários à construção de uma Não Conformidade

Demonstração do Padrão Inadequado	
Fato Encontrado	A empresa não dispunha de procedimentos de limpeza para a área responsável pelas etapas finais de passivação e limpeza de suas próteses de titânio.

Descrição fora dos padrões requeridos	A empresa não estabelece programas de sanitização e desinfecção de áreas fabris.	
Construção do Padrão Adequado		
Passo 1 – Consulta à normativa aplicável e identificação do requisito normativo descumprido	Art. 69 da RDC 665/2022	Art. 69. Cada fabricante deve estabelecer e manter procedimentos de limpeza e sanitização adequados, bem como uma programação que satisfaça as exigências das especificações do processo de fabricação.
Passo 2 – Negativação do requisito normativo descumprido e restrição deste ao fato encontrado.	Art. 69 negativado e restrito.	**O** fabricante **não estabeleceu** procedimentos de limpeza adequados.
Passo 3 – Construção da Evidência	Detecção	Durante a inspeção das instalações da sala 155, destinada à limpeza e preparação para embalagem de próteses, e entrevista dos operadores que ali trabalham...
	Explicação	...foi verificada a ausência de registros de limpeza das instalações e sua não realização pela confirmação dos operadores...
	Abrangência	...afetando a segurança sanitária dos parafusos e placas de fixação em titânio fabricados pela empresa.
Passo 4 – Junção do requisito negativado à evidência, com citação final do requisito descumprido	O fabricante não estabeleceu procedimentos de limpeza adequados, **visto que** durante a inspeção das instalações da sala 155, destinada à limpeza e preparação para embalagem de próteses, e entrevista dos operadores que ali trabalham, foi verificada a ausência de registros de	

	limpeza das instalações e sua não realização, pela confirmação dos operadores, afetando a segurança sanitária dos parafusos e placas de fixação em titânio fabricados pela empresa, **descumprindo o art. 69 da RDC 665/2022.**

As não conformidades evidenciadas durante a inspeção devem ser categorizadas quanto ao risco no Formulário de Comunicação de Não Conformidade, não sendo necessária sua categorização no corpo do relatório de inspeção. O formulário de comunicação de não conformidades possui campos para inclusão do requisito regulamentar descumprido e da evidência associada, que representa a descrição da situação encontrada e deverá incluir a identificação dos documentos verificados ou situação encontrada. A descrição da evidência da não conformidade deve ser clara e objetiva, de forma a possibilitar o correto entendimento da empresa acerca do requisito descumprido.

Os inspetores do SNVS devem obedecer estritamente aos passos apresentados para a redação de não conformidades que sejam inteligíveis, completas e com fundamento nas normativas aplicáveis de Boas Práticas de Fabricação.

A não conformidade deve ser destacada no relatório, escrita em negrito, para facilitar sua identificação pelo leitor do texto.

8.2. Categorização da Não Conformidade

8.2.1. Da sistemática de categorização baseada em graduação de risco:

O procedimento de categorização aplica três possíveis graduações de risco às não conformidades, sendo MENOR, MAIOR ou CRÍTICA.

Uma não conformidade será considerada CRÍTICA quando:

- A NC produziu ou leva a um risco significativo de produzir um produto nocivo para o paciente;

• A NC tem relação com ausência de registro sanitário, fraude, deturpação ou falsificação de produtos ou dados;

• A NC é resultante de um conjunto de diferentes descumprimentos que permitem como um todo concluir que um determinado sistema da empresa não tem condições regulamentares de funcionamento e leva à produção de produtos nocivos ou tem elevada possibilidade de tal ocorrência.

Uma não conformidade será considerada MAIOR quando não for CRÍTICA e:

• Produziu ou pode produzir um produto que não está em conformidade com seu registro sanitário; autorização de ensaio clínico; especificação; requisitos farmacopeicos e outros;

• Não garante uma implementação eficaz das medidas e controles necessários de BPF;

• Representa um desvio significativo em termos de risco para com os dados de projeto e registro mestre do produto;

• Representa uma falha na execução de procedimentos satisfatórios de liberação de Lotes;

• Consiste em várias deficiências MENORES, onde nenhuma destas separadamente pode ser classificada como MAIOR, mas que juntas podem representar uma deficiência ou falha de um sistema, devendo ser relatadas em conjunto.

Uma não conformidade será considerada MENOR quando

• Não puder ser classificada como MAIOR ou CRÍTICA, mas representar um desvio das condições de BPF normatizadas ou por ausência de evidências;

• Está relacionada a produtos que, por natureza, sejam inofensivos e que mesmo quando da presença de falhas de BPF não podem se tornar nocivos.

8.2.2. Da harmonização no SNVS quando da categorização de não conformidades:

A categorização das NC identificadas durante uma inspeção sanitária deve levar em consideração as não conformidades previamente categorizadas no Anexo I.

O Anexo I consiste em uma lista de não conformidades categorizadas, relacionadas a diferentes seções da normativa aplicável de Boas Práticas de Fabricação, e com aplicabilidade exemplificada às diferentes categorias de produtos para saúde.

O inspetor deve, sempre antes de categorizar uma não conformidade, verificar se esta já não se encontra exemplificada e categorizada no Anexo I. Caso esteja presente no Anexo I, o inspetor deve adotar a categorização ali descrita.

Se a não conformidade não estiver de acordo com o exemplo citado no Anexo I, a categorização deverá seguir as regras da seção 8.2.1.

NOTA 1: Exceção ao disposto no parágrafo acima faz-se quando o gerenciamento de risco relacionado à não conformidade aponta a necessidade de uma graduação diferente. O inspetor deve estar ciente de que o processo de graduação de risco de uma não conformidade é dinâmico, onde, a depender das medidas de controle existentes, o risco relacionado a uma não conformidade pode estar reduzido ou aumentado, sendo aplicável apenas uma graduação de risco diferente da disposta no Anexo I.

A graduação dada no Anexo I foi determinada considerando-se a ausência de medidas de controle e redução de risco, exceto quando citadas nominalmente no texto do exemplo.

A situação de risco encontrada deve compatibilizar-se com as definições apresentadas no item 8.2.1.

Quando da inexistência de exemplo previamente categorizado no Anexo I, a categorização deve ser gerada pela observação das diretrizes das seções 8.2.1 e 8.2.3.

8.2.3. Das regras gerais de emissão de não conformidades:

As seguintes regras gerais aplicam-se à emissão de não conformidades:

REGRA 1:

Devem ser contabilizadas como uma única NC situações em que ocorram múltiplos descumprimentos de um mesmo artigo ou requisito do instrumento legal aplicável. Portanto,

um mesmo artigo descumprido, mesmo que em variadas situações, deve gerar uma única não conformidade, sendo as diferentes situações agrupadas como múltiplas evidências na descrição da mesma não conformidade.

REGRA 2:

Quando um mesmo artigo normativo contiver mais de um requisito e for identificado descumprimento em relação a estes dois ou mais requisitos do mesmo artigo normativo, devem ser geradas não conformidades diferentes, sendo uma para cada requisito diferente do artigo.

REGRA 3:

Quando uma NC tiver sido identificada previamente pelo estabelecimento inspecionado, como por exemplo, durante uma auditoria interna ou em registro prévio de não conformidades ou se a empresa iniciar plano de ação corretiva durante a inspeção, os inspetores podem descrever o fato no relatório de inspeção, mas não devem considerá-lo como uma não conformidade, caso exista plano de ação corretiva adequado, com prazo de implementação e racional técnico suficientes para prevenir a recorrência destas não conformidades.

REGRA 4:

A categorização disposta no Anexo I é potencial e transitória, representando a visão do inspetor quando da entrega do Anexo III preliminar do POP-O-GVS-PS-001 (Elaboração de Relatório de Inspeção em Fabricantes, Distribuidoras, Armazenadoras e Importadoras de Produtos para Saúde) ao final da inspeção.

Esta visão inicial deve obrigatoriamente ser reavaliada após apresentação do Plano de Ação pela empresa e conclusão do Anexo III do POP-O-GVS-PS-001, uma vez que medidas de controle e redução de risco podem ter sido adotadas, determinando a

necessidade de reanálise e reavaliação do risco, com subsequente obrigação de revisão de sua categorização.

REGRA 5:

As não conformidades relacionadas a produtos que por natureza sejam inofensivos e que mesmo na presença de falhas de BPF não possam se tornar nocivos, jamais devem ser categorizadas como críticas, pois os conceitos da seção 8.2.1 não seriam respeitados.

REGRA 6:

A recorrência da mesma não conformidade MENOR em inspeção consecutiva à anterior a transforma em MAIOR. Esta regra não se aplica para a transformação de NC MAIOR em CRÍTICA.

REGRA 7:

A NC CRÍTICA quando não relacionada a fraude, deturpação ou falsificação de produtos ou dados, denota necessariamente que o produto é nocivo ao paciente, portanto, tal categorização deve ser aplicada somente quando a nocividade é constatada por evidências apresentadas na não conformidade ou o inspetor, por uma linha lógica, consegue explicar na evidência o alto potencial que o produto tem de ser considerado nocivo.

REGRA 8:

As não conformidades relacionadas à seção de Requisitos Gerais do Anexo I não devem ser interpretadas como críticas quando o descumprimento for relativo a uma chancela administrativa, em que o interessado cumpriu com seus deveres, faltando tão somente a ação da vigilância sanitária na concessão da referida chancela.

Ex.: Ausência de renovação da licença sanitária em situações em que o interessado efetuou todos os protocolos cabíveis, observando os prazos e tão somente aguarda a manifestação do órgão.

REGRA 9:

As não conformidades descritas no Anexo I devem ser interpretadas da forma como foram descritas. Incrementos de risco sanitário não devem ser adicionados à não conformidade caso não existam na prática. Se durante a inspeção o inspetor considerar que a não conformidade, da forma como está redigida no Anexo I não se aplica, este não deve utilizar a categorização proposta, devendo avaliar o risco e categorizar a não conformidade como se fosse uma nova, seguindo as regras da seção 8.2.1.

8.3. Do gerenciamento do risco residual derivado das não conformidades por meio da aplicação de medidas administrativas restritivas:

Apenas após o recebimento do Plano de Ação elaborado pelo estabelecimento inspecionado e derivado do envio do Anexo III do POP-O-GVS-PS-001, a equipe inspetora deve avaliar os riscos residuais remanescentes para cada não conformidade.

A avaliação, citação ou menção relacionada à aplicação de uma medida administrativa restritiva fora do tempo aqui definido é nula, visto que a avaliação dos riscos deve considerar as medidas de controle e redução que forem aplicadas pelo estabelecimento inspecionado, garantindo uma correta análise e avaliação dos riscos residuais.

Embora o Anexo I deste procedimento forneça uma lista de medidas administrativas restritivas aplicáveis a cada não conformidade, denominadas aqui como ações sanitárias padronizadas, esta lista não é determinativa.

O inspetor deve avaliar o plano de ação, e somente após esta avaliação, concluir quanto à presença de riscos residuais que sejam considerados inaceitáveis, e que, portanto, mereçam a aplicação de uma ação sanitária padronizada.

Caso o inspetor conclua pela presença de riscos residuais inaceitáveis ao paciente, estes devem estar descritos e exemplificados no campo devido do Anexo III do POP-O-GVS-PS-001 definitivo, fornecendo suporte à medida administrativa restritiva sugerida para controle do risco.

É facultada às empresas a adoção voluntária de medidas administrativas restritivas em seus planos de ação enviados às autoridades sanitárias, caso entendam ser este o mecanismo necessário para o controle do risco derivado da não conformidade.

Caso o plano de ação final proposto pela empresa não seja aceito pela autoridade sanitária competente, a classificação final da empresa deverá ser AOD. A necessidade de publicação de medidas sanitárias por parte do SNVS deverá ser determinada por análise de risco, levando em conta a categorização das não conformidades.

A adoção de medida administrativa restritiva voluntária por parte da empresa não impede o SNVS de publicar ação padronizada para dar publicidade às medidas relacionadas aos produtos e/ou lotes com riscos considerados inaceitáveis aos pacientes. Nesta situação, a classificação final da empresa deverá ser AOD. A necessidade de AOD deriva da verificação de não conformidade que resulta em produto com qualidade comprometida, produto em desacordo com seu registro ou com risco iminente de agravo à saúde, devendo ser tomada ação para prevenir a entrada do produto no mercado ou para promover a retirada deste do mercado, entre outras medidas sanitárias aplicáveis.

As ações sanitárias padronizadas descritas no Anexo I derivam do entendimento do SNVS sobre a melhor ação a ser tomada para cessar, de forma imediata, a possibilidade de agravo à saúde da população, que fora aumentada ou produzida pela presença da NC identificada. Este entendimento, entretanto, é dinâmico e deve levar em consideração o Plano de Ação proposto e todas as demais circunstâncias de controle ou redução do risco adotadas pela empresa.

O Quadro 2 detalha as medidas administrativas restritivas e sua aplicabilidade:

Quadro 2. Descrição da aplicabilidade das medidas administrativas restritivas

Ação Sanitária Padronizada	Aplicabilidade
Interdição cautelar do(s) lote(s) do(s) produto(s) e/ou material(is)	Nas situações em que as NCs encontradas geraram potencialmente uma perda da qualidade, segurança ou eficácia admitidas para o produto ou material relacionado.
Interdição do(s) lote(s) do(s) produto(s) e/ou material(is)	Nas situações em que existe comprovação por evidências de que as NCs encontradas causaram uma perda da qualidade, segurança ou eficácia admitidas para o produto ou material relacionado.
Suspensão de fabricação de produto	Quando forem evidenciadas NCs relacionadas ao processo de fabricação; aos materiais utilizados neste processo; equipamentos; sistemas de suporte/utilidades; instalações; estratégia de controle ou discordâncias com a condição registrada na Anvisa, que importem potencialmente na perda da qualidade, segurança e eficácia do processo produtivo/produto ou que impactem os atributos críticos de qualidade do produto.
Suspensão de fabricação de linha(s) produtiva(s)	Contempla as situações do exemplo anterior, em que a NC represente impacto generalizado nos produtos/processos na linha em questão.
Recolhimento	Quando há evidências que comprovem que o produto não atende suas especificações, não atende à condição registrada na Anvisa ou diante de descumprimento sistêmico de requerimentos de BPF que resultem em impacto generalizado ao(s) produto(s).

Interdição do estabelecimento	Descumprimento generalizado das BPF, ausência de AFE/AE ou licença sanitária.

8.4. Da classificação do estabelecimento quanto ao Gerenciamento do Risco por meio de medidas administrativas restritivas:

Na conclusão do relatório de inspeção devem ser consideradas as classificações abaixo (veja item 5 - “Definições”), que resultam nos seguintes *status* em relação à certificação:

- **Sem Ação Indicada (SAI):** situação em que não foram verificadas, durante a inspeção, condições ou práticas em desacordo com as normas sanitárias/requerimentos de BPF vigentes, que indicassem a necessidade de adoção imediata de ações sanitárias restritivas ao lote/número de série, produto ou linha de produção afetados. A classificação em SAI resulta na imediata certificação da empresa para todas as linhas objeto da inspeção;
- **Ação Voluntária Indicada (AVI):** situação em que foram encontradas, durante a inspeção, condições ou práticas em desacordo com as normas sanitárias/requerimentos de BPF vigentes, que resultam na adoção imediata e voluntária, por parte da empresa, de ações sanitárias restritivas ao lote/número de série, produto ou linha de produção afetados, com ações corretivas e/ou correções consideradas adequadas pela equipe inspetora para mitigação do risco identificado. A classificação em AVI resulta na certificação do estabelecimento inspecionado;
- **Ação Oficial Determinada (AOD):** situação em que foram encontradas, durante a inspeção, condições ou práticas em desacordo com as normas sanitárias/requisitos de BPF vigentes, que resultam na adoção, pela autoridade sanitária, de ações sanitárias restritivas ao lote/número de série, produto ou linha de produção afetados. A classificação em AOD resulta na certificação do estabelecimento inspecionado caso o estabelecimento possua mais de uma linha de produção, não sendo concedida a certificação da linha de produção para a qual os produtos tiverem sido objeto de ação oficial determinada. O estabelecimento que possui apenas uma linha de produção não

será certificado no caso de classificação AOD.

NOTA 1:

Para todas as três classificações, a certificação ocorre caso as NCs, que não resultem em ação sanitária padronizada, tenham tido o plano de ação corretiva aprovado pela autoridade sanitária competente e, adicionalmente, tenham prazo de execução também julgado como adequado, não podendo este último jamais delongar-se até a data da próxima inspeção de BPF prevista no POP-O-GVS-PS-005. Nos casos em que as não conformidades evidenciem o descumprimento sistêmico das normas de BPF e/ou sejam relacionadas a fraude e/ou à falsificação e adulteração de produtos e/ou óbice às ações de vigilância sanitária e/ou demais condutas de má-fé, a classificação final do estabelecimento deverá ser AOD, sem necessidade de preenchimento do Formulário de Comunicação de Não Conformidades. Nestes casos, as não conformidades deverão ser classificadas e categorizadas no corpo do relatório de inspeção e sumarizadas na conclusão.

Nos casos de AOD a certificação ocorre somente após a avaliação da finalização e adequação de todas as ações corretivas e realização de nova inspeção completa pela autoridade sanitária competente. Independente da classificação do estabelecimento (SAI, AVI ou AOD), configurado o descumprimento de normas sanitárias vigentes/requerimentos de BPF, a autuação deve observar os códigos sanitários aplicáveis a cada ente do SNVS, sem prejuízo das demais ações administrativas e regulatórias restritivas de mercado.

8.5. Agrupamento de estabelecimentos de acordo com o risco regulatório:

A equipe de inspeção deve classificar o risco regulatório do estabelecimento ou da linha produtiva de acordo com o grau de atendimento à legislação vigente de BPF.

A definição dos grupos é apresentada a seguir:

• Estabelecimentos que não apresentaram, na última inspeção, não conformidade classificada como maior ou crítica, devem ser classificados no grupo I, que corresponde a um risco regulatório baixo;

• Estabelecimentos que apresentaram, na última inspeção, até 5 não conformidades classificadas como maiores, devem ser classificados no grupo II, que corresponde a um risco regulatório médio;

• Estabelecimentos que apresentaram, na última inspeção, mais de 5 não conformidades classificadas como maiores, ou no mínimo uma crítica, devem ser classificados no grupo III, que corresponde a um risco regulatório alto.

9. RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários à execução e manutenção das atividades descritas neste procedimento são apresentados abaixo:

- Microcomputador;
- Impressora;
- Material de escritório.

10. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIAS

Qualquer intercorrência ou dificuldade encontrada durante o processo de trabalho deve ser imediatamente comunicada à chefia e as não conformidades referentes ao cumprimento deste procedimento devem ser tratadas conforme POP-0-GVS-005 – Ações Corretivas e Preventivas.

11. ANEXOS

Anexo I – Categorização de Não Conformidades por Exemplificação.

12. HISTÓRICO DE REVISÃO

N°. da revisão	Item	Alterações
00	N/A	Emissão Inicial
	8.2	Maior detalhamento da descrição da NC (item 8.2)
	8.3.	Explicação de como categorizar uma não conforme não descrita da RDC 16/2013.
	12.	Inclusão do anexo III – Árvore Decisória para Classificação de Não Conformidades

02	4	Atualização das Referências
	8.2.	Alteração do conteúdo
	8.3.	Alteração do conteúdo
03	4	Atualização das Referências
	8	Alteração de todo o conteúdo
	11	Alteração dos anexos
04	4	Atualização das Referências
04	8	Alteração de todo o conteúdo
04	11	Alteração dos anexos
05	4	Atualização das Referências
05	5	Alteração das Definições
05	8	Alteração de todo o conteúdo

13. APROVAÇÃO

Responsabilidade	Nome	Setor	Assinatura	Data
Elaborado por	Ana Paula R. C. Guimarães	GVS		
Revisado por	Césio Malaquias	GVS		
Aprovado por	Gestor da GVS	GVS		