Приложение №_____

к Контракту №_____

от «___» _____20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка расходного материала "Насос инфузионный эластомерный".

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка расходного материала "Насос инфузионный эластомерный"..

1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: *01.02.10.42.10.10 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКИЕ/МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО И ЭНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ, ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ И ИНЪЕКЦИЙ/РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ/НАСОСЫ ИНФУЗИОННЫЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ.*

1.3 Наименования позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4 Место поставки товаров:

- согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2.

1.5 Срок поставки товаров:

- в пределах сроков, установленных Приложением 1, и в сроки, установленные Заказчиком в заявке, составленной по форме согласно Приложению 2.

1.6 Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2 – «Форма заявки».

2 Стандарт товаров

2.1 Поставщик обязан осуществить поставку расходных материалов для парентерального и энтерального введения (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2 Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.3 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об

изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4 Товар должен быть поставлен в срок, указанный в Приложении 1 "Перечень объектов закупки" к настоящему Техническому заданию, в рабочие часы Грузополучателя с учетом требований, установленных в настоящем Техническом задании.

2.5 Поставка товара осуществляется:

- партиями по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты поставки товара, указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и ассортименте, а также в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке. Форму связи о факте получения заявки Поставщиком определяет Заказчик.

2.6 В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с функциональным назначением и требованиями, установленными в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, а также эксплуатационная документация на товар, соответствующая требованиям акта, указанного в пункте 6.6 настоящего Технического задания.

2.7 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя).

2.8 Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном сЗаказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты фактической поставки товара.».

2.9 Все виды погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на складе Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком своими силами или за его счет.

2.10 Передачу товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента товара. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае выявления недостатков, такие недостатки актируются, а товар возвращается Поставщику на устранение выявленных недостатков.

2.11 Заказчиквправе отказать Поставщику в приеме партии товара в момент поставки в случае, если:

- партия товара доставлена вне времени приемки товара на склад;
- товарно-сопроводительные документы не оформлены;
- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;
- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;
- поставка товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;
- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара).

2.12 В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. В составе комплекта отчетных документов в том числе должны быть следующие документы:

- копии регистрационных удостоверений на поставляемый товар, заверенные печатью Поставщика;
- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- копии сертификатов о происхождении товара в случае поставки товара, включенного в перечень медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный актом, указанным в пункте 6.5 настоящего Технического задания;
- документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.2, 6.6 настоящего Технического задания;
- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и производителя (изготовителя) товара.

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1 Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов или техническим условиям производителей (изготовителей) товара, требованиям настоящего Технического задания и Контракта в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

3.2 Срок годности на товар должен быть не менее срока, установленного производителем (изготовителем) товара. В случае, если производитель (изготовитель) не установил срок годности, он должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания электронного структурированного Документа о приемке.

4 Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- регистрационным удостоверением в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Маркировка товара должна содержать информацию, указанную в Контракте с учетом требований

актов, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Технического задания.

5.2 Маркировка стерильных и нестерильных медицинских изделий должна обеспечивать возможность разграничения идентичных или схожих видов медицинских изделий.

5.3 Маркировка должна быть нанесена на товар. В случае невозможности нанесения непосредственно на товар, маркировка (частично или полностью) может быть нанесена на упаковку для каждой единицы товара, и (или) на групповую упаковку, и (или) на инструкцию по применению.

5.4 Маркировка может быть дополнена информацией о товаре в машиночитаемом формате, в том числе с использованием радиочастотной идентификации или штрихкодов.

5.5 Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара. Маркировка упаковки должна обеспечивать возможность определения типа, наименования и принадлежности к конкретному производителю (изготовителю) товара.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 "Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза" (Заключено в г. Москве 23.12.2014).

6.2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27 "Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них".

6.3 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

6.4 Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

6.5 Приказ Минздрава России от 19.01.2017 N 11н "Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2017 N 45896).

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Насос инфузионный эластомерный
Обоснование дополнительных характеристикПозволяет адаптировать процесс инфузии к конкретным потребностям пациента и типу вводимых жидкостей или лекарственных препаратов, не обязательная Позволяет более точно настраивать параметры инфузии, учитывая индивидуальные особенности пациента и другие факторы, влияющие на скорость введения препаратов, не обязательная Количество фильтров обосновано необходимостью постоянной фильтрации раствора на протяжении всего времени инфузии, не обязательная Обеспечивает герметичное и надёжное соединение элементов устройства, что предотвращает опасность утечки лекарственного препарата и его внешней контаминации. Резьба коннектора обеспечивает точное

выравнивание между двумя устройствами, гарантируя подачу правильного количества жидкости или лекарства, не обязательная Для защиты пациента от попадания в сосудистое русло твёрдых частиц, бактерий, воздуха, частично грибков и эндотоксинов. Обозначение размера даёт возможность фильтра удерживать посторонние частицы, пузырьки воздуха, микроорганизмы и связанные с ними эндотоксины. Требуемый размер пор может быть определён инструкцией по применению конкретного лекарственного средства или раствора, не обязательная

Характеристики	Адрес	Срок
Объем заполнения: >= 100 <= 124 см[3*];^мл. Болюс: Нет. Защита от УФ-лучей: Да. Регулирование скорости инфузии: Да. Система блокировки болюса: Нет. Путь введения лекарственного препарата: Эпидуральный; Внутривенный. Скорость инфузии, мл/час: 2; 4; 6; 8. Количество режимов скорости потока: >= 4 шт. Количество фильтров: >= 2 шт. Инфузионный фильтр, мкм: 1.2. Шаг регулировки скорости потока, мл/ч: 2. Конструктивные особенности: Штырьковый коннектор Luer/Luer Lock.	г.Москва, п.Сосенское, пос.Коммунарка, ул.Сосенский Стан, д. 8, строен. 3 (корпус 2)	с даты заключения контракта по 19.12.2025

2. Насос инфузионный эластомерный

Обоснование дополнительных характеристикКоличество фильтров обосновано необходимостью постоянной фильтрации раствора на протяжении всего времени инфузии, не обязательная Обеспечивает герметичное и надёжное соединение элементов устройства, что предотвращает опасность утечки лекарственного препарата и его внешней контаминации. Резьба коннектора обеспечивает точное выравнивание между двумя устройствами, гарантируя подачу правильного количества жидкости или лекарства, не обязательная Для защиты пациента от попадания в сосудистое русло твёрдых частиц, бактерий, воздуха, частично грибков и эндотоксинов. Обозначение размера даёт возможность фильтра удерживать посторонние частицы, пузырьки воздуха, микроорганизмы и связанные с ними эндотоксины. Требуемый размер пор может быть определён инструкцией по применению конкретного лекарственного средства или раствора, не обязательная

Характеристики	Адрес	Срок
Объем заполнения: >= 100 <= 124 см[3*];^мл. Болюс: Нет. Защита от УФ-лучей: Да. Регулирование скорости инфузии:	г.Москва, п.Сосенское, пос.Коммунарка, ул.Сосенский Стан, д. 8, строен. 3 (корпус 2)	с даты заключения контракта по 19.12.2025

Нет. Система блокировки болюса: Нет. Путь введения лекарственного препарата: Эпидуральный; Внутривенный. Скорость инфузии, мл/час: 2. Количество фильтров: >= 2 шт. Инфузионный фильтр, мкм: 1.2. Конструктивные особенности: Штырьковый коннектор Luer/Luer Lock.		

3. Насос инфузионный эластомерный

Обоснование дополнительных характеристикКоличество фильтров обосновано необходимостью постоянной фильтрации раствора на протяжении всего времени инфузии, не обязательная Обеспечивает герметичное и надёжное соединение элементов устройства, что предотвращает опасность утечки лекарственного препарата и его внешней контаминации. Резьба коннектора обеспечивает точное выравнивание между двумя устройствами, гарантируя подачу правильного количества жидкости или лекарства, не обязательная Для защиты пациента от попадания в сосудистое русло твёрдых частиц, бактерий, воздуха, частично грибков и эндотоксинов. Обозначение размера даёт возможность фильтра удерживать посторонние частицы, пузырьки воздуха, микроорганизмы и связанные с ними эндотоксины. Требуемый размер пор может быть определён инструкцией по применению конкретного лекарственного средства или раствора, не обязательная

Характеристики	Адрес	Срок
Объем заполнения: >= 250 <= 299 см[3*];^мл. Болюс: Нет. Защита от УФ-лучей: Да. Регулирование скорости инфузии: Нет. Система блокировки болюса: Нет. Путь введения лекарственного препарата: Эпидуральный; Внутривенный. Скорость инфузии, мл/час: 5. Количество фильтров: >= 2 шт. Инфузионный фильтр, мкм: 1.2. Конструктивные особенности: Штырьковый коннектор Luer/Luer Lock.	г.Москва, п.Сосенское, пос.Коммунарка, ул.Сосенский Стан, д. 8, строен. 3 (корпус 2)	с даты заключения контракта по 19.12.2025

4. Насос инфузионный эластомерный

Обоснование дополнительных характеристикПозволяет адаптировать процесс инфузии к конкретным потребностям пациента и типу вводимых жидкостей или лекарственных препаратов, не обязательная Позволяет более точно настраивать параметры инфузии, учитывая индивидуальные особенности пациента и другие факторы, влияющие на скорость введения препаратов, не обязательная Количество фильтров обосновано необходимостью постоянной

фильтрации раствора на протяжении всего времени инфузии Обеспечивает герметичное и надёжное соединение элементов устройства, что предотвращает опасность утечки лекарственного препарата и его внешней контаминации. Резьба коннектора обеспечивает точное выравнивание между двумя устройствами, гарантируя подачу правильного количества жидкости или лекарства Для защиты пациента от попадания в сосудистое русло твёрдых частиц, бактерий, воздуха, частично грибков и эндотоксинов. Обозначение размера даёт возможность фильтра удерживать посторонние частицы, пузырьки воздуха, микроорганизмы и связанные с ними эндотоксины. Требуемый размер пор может быть определён инструкцией по применению конкретного лекарственного средства или раствора, не обязательная

Характеристики	Адрес	Срок
Объем заполнения: >= 250 <= 299 см[3*];^мл. Болюс: Нет. Защита от УФ-лучей: Да. Регулирование скорости инфузии: Да. Система блокировки болюса: Нет. Путь введения лекарственного препарата: Эпидуральный; Внутривенный. Скорость инфузии, мл/час: 2; 4; 6; 8. Количество режимов скорости потока: >= 4 шт. Количество фильтров: >= 2 шт. Инфузионный фильтр, мкм: 1.2. Шаг регулировки скорости потока, мл/ч: 2. Конструктивные особенности: Штырьковый коннектор Luer/Luer Lock.	г.Москва, п.Сосенское, пос.Коммунарка, ул.Сосенский Стан, д. 8, строен. 3 (корпус 2)	с даты заключения контракта по 19.12.2025

5. Насос инфузионный эластомерный

Обоснование дополнительных характеристикКоличество фильтров обосновано необходимостью постоянной фильтрации раствора на протяжении всего времени инфузии, не обязательная Обеспечивает герметичное и надёжное соединение элементов устройства, что предотвращает опасность утечки лекарственного препарата и его внешней контаминации. Резьба коннектора обеспечивает точное выравнивание между двумя устройствами, гарантируя подачу правильного количества жидкости или лекарства, не обязательная Для защиты пациента от попадания в сосудистое русло твёрдых частиц, бактерий, воздуха, частично грибков и эндотоксинов. Обозначение размера даёт возможность фильтра удерживать посторонние частицы, пузырьки воздуха, микроорганизмы и связанные с ними эндотоксины. Требуемый размер пор может быть определён инструкцией по применению конкретного лекарственного средства или раствора, не обязательная

Характеристики	Адрес	Срок
Объем заполнения: >= 250 <= 299 см[3*];^мл.	г.Москва, п.Сосенское, пос.Коммунарка,	с даты заключения контракта по 19.12.2025

Болюс: Нет. Защита от УФ-лучей: Да. Регулирование скорости инфузии: Нет. Система блокировки болюса: Нет. Путь введения лекарственного препарата: Эпидуральный; Внутривенный. Скорость инфузии, мл/час: 5. Количество фильтров: >= 2 шт. Инфузионный фильтр, мкм: 1.2. Конструктивные особенности: Штырьковый коннектор Luer/Luer Lock.	ул.Сосенский Стан, д. 8, строен. 3 (корпус 2)	

6. Насос инфузионный эластомерный

Обоснование дополнительных характеристикПозволяет адаптировать процесс инфузии к конкретным потребностям пациента и типу вводимых жидкостей или лекарственных препаратов, не обязательная Позволяет более точно настраивать параметры инфузии, учитывая индивидуальные особенности пациента и другие факторы, влияющие на скорость введения препаратов, не обязательная Количество фильтров обосновано необходимостью постоянной фильтрации раствора на протяжении всего времени инфузии, не обязательная Обеспечивает герметичное и надёжное соединение элементов устройства, что предотвращает опасность утечки лекарственного препарата и его внешней контаминации. Резьба коннектора обеспечивает точное выравнивание между двумя устройствами, гарантируя подачу правильного количества жидкости или лекарства, не обязательная Для защиты пациента от попадания в сосудистое русло твёрдых частиц, бактерий, воздуха, частично грибков и эндотоксинов. Обозначение размера даёт возможность фильтра удерживать посторонние частицы, пузырьки воздуха, микроорганизмы и связанные с ними эндотоксины. Требуемый размер пор может быть определён инструкцией по применению конкретного лекарственного средства или раствора, не обязательная

Характеристики	Адрес	Срок
Объем заполнения: >= 400 <= 499 см[3*];^мл. Болюс: Нет. Защита от УФ-лучей: Да. Регулирование скорости инфузии: Да. Система блокировки болюса: Нет. Путь введения лекарственного препарата: Эпидуральный; Внутривенный. Скорость инфузии, мл/час: 12; 2; 13; 3; 14; 4; 5; 6; 7; 8; 10. Количество режимов скорости потока: >= 4 шт. Количество фильтров: >= 2 шт. Инфузионный фильтр, мкм: 1.2. Конструктивные особенности:	г.Москва, п.Сосенское, пос.Коммунарка, ул.Сосенский Стан, д. 8, строен. 3 (корпус 2)	с даты заключения контракта по 19.12.2025

Штырьковый коннектор Luer/Luer Lock.		

Приложение 2 к Техническому заданию

Форма заявки

Кому: _____

_____

Заявка№___

на поставку товара

На основании Контракта №_____от «___» ____ 20__ г. просим Вас осуществить поставку следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Контрактом)	Характеристики (в соответствии с Контрактом)	Объем	Единица измерения	Адрес поставки товара	Наименование адресата	Срок/дата поставки

подпись инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон Дата/время