



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số GCN/Certificate No: 000005 Ngày cấp/Date of issue:

1. Khách hàng: Công ty TNHH May Alliance One
Customer Khu B (Lô B1, B2, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12), KCN Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

2. Tên thiết bị: Máy thử bền màu ma sát
Instrument Crocking meter

3. Nhà sản xuất: James Heal
Manufacturer QV0388113

5. Kiểu: CROCKMASTER HD
Model TM092026

4. Mã quản lý: ID

6. Số sản xuất: Serial No.

7. Đặc trưng kỹ thuật

Thông số Parameter	Phạm vi đo Range	Độ phân giải Resolution	8. Quy trình thực hiện Procedure	9. Tiêu chuẩn tham khảo Reference Standard
Tốc độ vắt	20			
Mức nước	40			
Nhiệt độ	50			

11. Nơi thực hiện: Công ty TNHH May Alliance One
Place of Performance Khu B (Lô B1, B2, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12), KCN Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

12. Ngày thực hiện: 25/06/2026
Date of performance

13. Ngày thực hiện tiếp theo: 25/06/2027
Date of next performance

14. Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: $[22 \pm 1] ^\circ\text{C}$
Temperature
Độ ẩm: $[65 \pm 1] \% \text{RH}$
Humidity
Environment

15. Chuẩn sử dụng / Standards Used :

Tên thiết bị Name of Standard	Số quản lý ID	Số chứng nhận Certificate No.	Liên kết chuẩn Traceable to	Hiệu lực Due date
----------------------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------

PHỤ TRÁCH PHÒNG HIỆU CHUẨN
HEAD OF CALIBRATION LAB.

Lê Cảnh Nhật Quang

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

Lưu Ngọc Thống

**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG**
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số GCN/Certificate No: 000005 Ngày cấp/Date of issue:

16. Kết quả / Results:

Thông số Parameter	Giá trị đo được As found value	KĐBB Uncertainty	Giá trị tham chiếu Reference Value	Dung sai Tolerance	Kết luận Conclusion
Tốc độ vắt	25.67	0.3	8	± 3	B
	25.33	0.3	10	± 3	B
Mức nước	32.33	0.3	10	± 3	B
Nhiệt độ	55.33	0.3	74	± 3	B

Ghi chú / Note:

* Đánh giá theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất / Acceptance limit base on Manufacturer's specifications.

* Đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng / Acceptance limit base on Customer request.

17. Thông tin khác / Other information:**17.1 Độ không đảm bảo đo / Uncertainty:**Độ không đảm bảo đo là độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k=2$, phân bố chuẩn tương đương với 95% độ tin cậy.*The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.***17.2. Công bố về sự phù hợp / Statements of conformity:****+ A:** Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đánh giá.*The measurement reported with expanded uncertainty is within tolerance of standards.***+ B:** Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo hoàn toàn nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đánh giá.*The measurement reported with expanded uncertainty is out of tolerance of standards.***+ C:** Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo có thể nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn. Không có kết luận trong trường hợp này.*The measurement reported with expanded uncertainty may be out of tolerance of standards. There is no conclusion for this measurement.***+ D:** Tiêu chuẩn kỹ thuật không quy định dung sai của thông số đo.*There is no tolerance stated in technical standard and there is no conclusion for this measurement.***17.3 Khác / Other:**

Các thông số có dấu (*) là không được công nhận ISO/IEC 17025

The characteristics marked with () is not accredited to comply with ISO/IEC 17025*

Các thông số đánh dấu (c) là kết quả hiệu chuẩn, các thông số đánh dấu (M) là kết quả đo thử nghiệm

The characteristics marked with (c) are results of calibration, (M) are results of measurement

Giấy chứng nhận này không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của LabMaster./ This form shall not be reproduced, without the expressed written consent of LabMaster.

Phương tiện đo này không được sử dụng định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

This instrument do not used for quantifying goods, service in trading, payment, safety assurance, social healthcare, protecting the enviroment, inspection law and in other public service activities. This instrument shall not be used directly for the verification of group 2 instruments.

Chúng tôi cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc phép đo theo các tiêu chuẩn quốc gia được công nhận hoặc các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc gia được công nhận khác.

This certificate provides traceability of measurement to recognised national standards or other national standards laboratories.