

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số / No.: 000008 · Ngày HC / Cal. Date: · HC kế tiếp / Re-cal:

Tên thiết bị	: Themor
Instrument	
Nhà sản xuất	: VN
Manufacturer	
Kiểu mẫu	: —
Model	
Mã nhận diện	: H.02
Equipment ID	
Số sê-ri	: —
Serial No.	
Khách hàng	: CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM
Customer	
Quy trình HC	: LAB-F-01, LAB-T-02
Procedure	
Tiêu chuẩn TK	: ISO 6330
Ref. Standard	
Môi trường	: Nhiệt độ: $[25 \pm 2]$ °C / Độ ẩm: $[63 \pm 5]$ %RH
Environment	

CHUẨN SỬ DỤNG / STANDARDS USED:

Tên thiết bị chuẩn (Name)	Mã số (ID)	Liên kết chuẩn (Traceable)	Hiệu lực (Due Date)
Weight M1-20	LAB-20M1WEIGHT	CHINA	2026-03-07
	.05		

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN / CALIBRATION RESULTS:

Thông số (Parameter)	Điểm HC Cal. Point	Giá trị đo As Found	KĐBĐ ± Uncert.	Dung sai Tolerance	Phù hợp Re-Conf.
nhiệt độ	12	—	0.3	± 3	— A
tốc độ quay	23	34	0.3	± 3	— A
tốc độ quay	—	—	0.3	± 3	— A

NGƯỜI SOÁT XÉT / REVIEWED BY

Lê Cảnh Nhật Quang

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

Lưu Ngọc Thống