

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số / No.: 000004 · Ngày HC / Cal. Date: · HC kế tiếp / Re-cal:

Tên thiết bị	: Washing Machine
Instrument	
Nhà sản xuất	: Electrolux Professional
Manufacturer	
Kiểu mẫu	: FOM 71CLS
Model	
Mã nhận diện	: —
Equipment ID	
Số sê-ri	: —
Serial No.	
Khách hàng	: CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM
Customer	
Quy trình HC	: LAB-F-01, LAB-T-02
Procedure	
Tiêu chuẩn TK	: ISO 6330
Ref. Standard	
Môi trường	: Nhiệt độ: $[25 \pm 2]$ °C / Độ ẩm: $[63 \pm 5]$ %RH
Environment	

CHUẨN SỬ DỤNG / STANDARDS USED:

Tên thiết bị chuẩn (Name)	Mã số (ID)	Liên kết chuẩn (Traceable)	Hiệu lực (Due Date)
Digital Tachometer	LAB-TACHO.01	QUATEST III / KT3-1161BDE5/2	08.09.2026
Digital Caliper	LAB-CALIPER.02	QUATEST 3 / KT3-01293BDD5/1	09.08.2026

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN / CALIBRATION RESULTS:

Thông số (Parameter)	Điểm HC Cal. Point	Giá trị đo As Found	KĐBĐ ± Uncert.	Dung sai Tolerance	Phù hợp
Nhiệt độ Temperature (°C)	30	30.2	0.3	± 3	Conform.
Nhiệt độ Temperature (°C)	40	39.5	0.3	± 3	A
Nhiệt độ Temperature (°C)	60	59.2	0.3	± 3	A
Nhiệt độ Temperature (°C)	80	78.9	0.3	± 3	A
Nhiệt độ Temperature (°C)	90	88.7	0.3	± 3	A
Tốc độ giặt Washing Speed (rpm)	52	52.6	0.8	± 2	A
Thời gian Timer (second)	100	100.0	0.1	--	--
Mức nước Level Check (mm)	100	100	0.5	± 5	A
Mức nước Level Check (mm)	130	131	0.5	± 5	A
Mức nước Level Check (mm)	160	162	0.5	± 5	A
Mức nước Level Check (mm)	200	201	0.5	± 5	A

Tốc độ vắt Spin Speed (rpm)	500	501.8	0.8	± 50	A
Tốc độ vắt Spin Speed (rpm)	775	776.2	0.8	± 50	A
Tốc độ vắt Spin Speed (rpm)	950	953.5	0.8	± 50	A
Tốc độ vắt Spin Speed (rpm)	1100	1103	0.8	± 50	A

NGƯỜI SOÁT XÉT / REVIEWED BY

Lê Cảnh Nhật Quang

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

Lưu Ngọc Thống