

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số GCN/Certificate No: 000002 Ngày cấp/Date of issue: 01.01.2024

1. Khách hàng:

Test

Customer

2. Tên thiết bị:

Test

Instrument

3. Nhà sản xuất:

Test

Manufacturer

5. Kiểu:

Test

Model

4. Mã quản lý:

Test

ID

6. Số sản xuất:

Test

Serial No.

7. Đặc trưng kỹ thuật

Specification

Phạm vi đo:

Range

Độ phân giải:

Resolution

8. Quy trình thực hiện

Procedure

9. Tiêu chuẩn tham khảo

Reference Standard

Lực tác dụng / Downward force:

Hành trình / Stroke:

Đường kính đầu ma sát / Finger Diameter:

Tốc độ / Speed:

11. Nơi thực hiện:

Test

Place of Performance

12. Ngày thực hiện:

01.01.2024

Date of performance

13. Ngày thực hiện tiếp theo:

01.01.2025

Date of next performance

14. Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ: 25C Độ ẩm: 50%

Environment Temperature: 25C Humidity: 50%

15. Chuẩn sử dụng / Standards Used :

Tên thiết bị
Name of StandardSố quản lý
IDSố chứng nhận
Certificate No.Liên kết chuẩn
Traceable toHiệu lực
Due date

PHỤ TRÁCH PHÒNG HIỆU CHUẨN

HEAD OF CALIBRATION LAB.

Quang

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

Thong

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số GCN/Certificate No: 000002 Ngày cấp/Date of issue: 01.01.2024

16. Kết quả / Results:

Thông số Parameter	Giá trị đo được As found value	KĐBĐ Uncertainty	Giá trị tham chiếu Reference Value	Dung sai Tolerance	Kết luận Conclusion
Chưa có dữ liệu					

Ghi chú / Note:

- * Đánh giá theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất / Acceptance limit base on Manufacturer's specifications.
- * Đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng / Acceptance limit base on Customer request.

17. Thông tin khác / Other information:

17.1 Độ không đảm bảo đo / Uncertainty:

Độ không đảm bảo đo là độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k=2, phân bố chuẩn tương đương với 95% độ
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

17.2. Công bố về sự phù hợp / Statements of conformity:

- + A: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đánh giá. The measurement reported with expanded uncertainty is within tolerance of standards.
- + B: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo hoàn toàn nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đánh giá. The measurement reported with expanded uncertainty is out of tolerance of standards.
- + C: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo có thể nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn. Không có kết luận trong trường hợp này. The measurement reported with expanded uncertainty may be out of tolerance of standards. There is no conclusion for this measurement.
- + D: Tiêu chuẩn kỹ thuật không quy định dung sai của thông số đo. There is no tolerance stated in technical standard and there is no conclusion for this measurement.

17.3 Khác / Other:

Các thông số có dấu (*) là không được công nhận ISO/IEC 17025
The characteristics marked with (*) is not accredited to comply with ISO/IEC 17025

Giấy chứng nhận này không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của LabMaster./ This form shall not be reproduced, without the expressed written consent of LabMaster.
Phương tiện đo này không được sử dụng định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.
This instrument do not used for quantifying goods, service in trading, payment, safety assurance, social heathcare, protecting the enviroment, inspection law and in other public service activities. This instrument shall not be used directly for the verification of group 2 instruments.
Chúng tôi cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc phép đo theo các tiêu chuẩn quốc gia được công nhận hoặc các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc gia được công nhận khác.
This certificate provides traceability of measurement to recognised national standards or other national standards laboratories.