

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Certificate No.: 887437

Date of issue:

1. Tên thiết bị /
Instrument: -
2. Nhà sản xuất /
Manufacturer: -
3. Kiểu / Model: -

4. ID: -

5. Số sản xuất / SN: -

6. Tên khách hàng /
Customer: CÔNG TY
TNHH PAIHONG VIỆT
NAM

11. Quy trình hiệu chuẩn / Cal. Procedure: LAB-F-01, LAB-T-02
12. Tiêu chuẩn tham chiếu / Ref. Standard: ISO 6330
14. Nơi hiệu chuẩn / Place of Calibration: CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM -
15. Môi trường hiệu chuẩn / Cal. Environment:
+ Nhiệt độ / Temperature: $[25 \pm 2] ^\circ\text{C}$
+ Độ ẩm / Humidity: $[63 \pm 5] \%RH$

PHỤ TRÁCH PHÒNG HIỆU CHUẨN
HEAD OF CALIBRATION LAB.

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

Lê Cảnh Nhật Quang

Lưu Ngọc Thống

Số GCN / Certificate No.: 887437

16. Kết quả hiệu chuẩn / Cal. Results:

Thông số Parameters	Điểm HC Cal. Point	Giá trị đo được As Found Value	Độ KDBĐ Uncertainty	Dung sai Tolerance	Thiết bị chuẩn Std. Equipment	Sự phù hợp Conformity
Nhiệt độ / Temperature ($^\circ\text{C}$)	30	30.2	0.3	± 3	–	A
-	40	39.5	0.3	± 3	–	A
Tốc độ giặt / Washing Speed (rpm)	52	52.6	0.8	± 2	–	A
Thời gian / Timer (s)	100	100.0	0.1	--	–	--

17. Thông tin khác / Other information:

17.1 Độ không đảm bảo đo / Uncertainty:

Độ không đảm bảo đo là độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k=2$, phân bố chuẩn tương đương với 95% độ tin cậy.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

17.2 Công bố về sự phù hợp / Statements of conformity:

- + A: Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo nằm trong giới hạn cho phép. Within tolerance.
- + B: Kết quả đo nằm ngoài giới hạn cho phép. Out of tolerance.
- + C: Kết quả đo có thể nằm ngoài giới hạn. Không có kết luận. May be out of tolerance. No conclusion.
- + D: Tiêu chuẩn kỹ thuật không quy định dung sai. No tolerance stated.

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Certificate No.: 887437

Date of issue:

~~www.labmaster.vn | Textile - Footwear - Children Products Safety Tester~~