



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số GCN/Certificate No: **345189**

Ngày cấp/Date of issue: **25/06/2026**

1. Khách hàng: Customer	Công ty TNHH May Alliance One Khu B (Lô B1, B2, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12), KCN Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam			
2. Tên thiết bị: Instrument	Máy thử bền màu ma sát Crocking meter			
3. Nhà sản xuất: Manufacturer	James Heal	5. Kiểu: Model	CROCKMASTER HD	
4. Mã quản lý ID	QV0388113	6. Số sản xuất: Serial No.	TM092026	
7. Đặc trưng kĩ thuật Specification	Phạm vi đo: Range	Độ phân giải: Resolution	8. Quy trình thực hiện Procedure	9. Tiêu chuẩn tham khảo Reference Standard
	Lực tỳ/Downward force: 9 N	--	FORCE-02:2026	AATCC TM 8, 165
	Hành trình/Stroke: 104 mm	--	LINEAR-08:2026	ISO 105:X12, D02
	Đường kính đầu ma sát: 16 mm	--	LINEAR-05:2026	
	Finger Diameter	--		
	Tốc độ/Speed: --			
11. Nơi thực hiện: Place of Performance	Công ty TNHH May Alliance One Khu B (Lô B1, B2, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12), KCN Giao Long, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam			
12. Ngày thực hiện: Date of performance	25/06/2026		13. Ngày thực hiện tiếp theo: Date of next performance	25/06/2027
14. Điều kiện môi trường: Environment	Nhiệt độ: Temperature	[22 ± 1] °C	Độ ẩm: Humidity	[65 ± 1] %RH
15. Chuẩn sử dụng / Standards Used :				
Tên thiết bị Name of Standard	Số quản lý ID	Số chứng nhận Certificate No.	Liên kết chuẩn Traceable to	Hiệu lực Due date

PHỤ TRÁCH PHÒNG HIỆU CHUẨN
HEAD OF CALIBRATION LAB.

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

Lê Cảnh Nhật Quang

Lưu Ngọc Thống



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN – ĐO LƯỜNG
CERTIFICATE OF CALIBRATION – MEASUREMENT

Số GCN/Certificate No: **345189**

Ngày cấp/Date of issue: **25/06/2026**

16. Kết quả/ Results:

Thông số Parameter		Giá trị đo được As found value	ĐKĐBBĐ Uncertainty	Giá trị tham chiếu Reference Value	Dung sai Tolerane	Kết luận Conslution
Lực tỷ lên mẫu Downward Force (N)	BEGIN	8,92	0,05	9	± 0,2	A
	MIDDLE	8,93	0,05			
	END	8,94	0,05			
Hành trình ma sát Stroke length (mm)		102,8	0,08	104	± 3	A
Đường kính đầu ma sát Finger diameter (mm)		16,02	0,02	16	± 0,1	A
Tốc độ Speed (rpm)		60,5	0,5	60	± 1	A
Bộ đếm Counter		10	--	10	--	--

Ghi chú/ Note:

- * Đánh giá theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/ *Aceptance limit base on Manufactuter's specitifications.*
- * Đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng/ *Aceptance limit base on Customer request.*

17. Thông tin khác/ Other information:

17.1 Độ không đảm bảo đo / Uncertainty:

Độ không đảm bảo đo là độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k=2$, phân bố chuẩn tương đương với 95% độ tin cậy/ *The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.*

17.2. Công bố về sự phù hợp / Statements of conformity:

+ **A:** Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đánh giá.

The measurement reported with expanded uncertainty is within tolerance of standards.

+ **B:** Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo hoàn toàn nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn đánh giá.

The measurement reported with expanded uncertainty is out of tolerance of standards.

+ **C:** Kết quả đo khi tính cả độ không đảm bảo đo có thể nằm ngoài giới hạn cho phép của tiêu chuẩn. Không có kết luận trong trường hợp này.

The measurement reported with expanded uncertainty may be out of tolerance of standards. There is no conclusion for this measurement.

+ **D:** Tiêu chuẩn kỹ thuật không quy định dung sai của thông số đo.

There is no tolerance stated in technical standard and there is no conclusion for this measurement.

17.3 Khác/ Other:

Các thông số được đánh dấu (*) là không đạt công nhận ISO/IEC 17025

The characteristics marked with () is not accredited to comply with ISO/IEC 17025*

Giấy chứng nhận này không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của LabMaster./ *This form shall not be reproduced, without the expressed written consent of LabMaster.*

Phương tiện đo này không được đề sử dụng định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

This instrument do not used for quantifying goods, service in trading, payment, safety assurance, social heathcare, protecting the enviroment, inspection law and in other public service activities. This instrument shall not be used directly for the verification of group 2 instruments.

Chứng chỉ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc phép đo theo các tiêu chuẩn quốc gia được công nhận hoặc các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc gia được công nhận khác./ *This certificate provides tracerbility of measurement to recognised national standards or orther national standards laboratories.*