

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số / No.: 000009 · Ngày HC / Cal. Date: · HC kế tiếp / Re-cal:

Tên thiết bị : —
Instrument
Nhà sản xuất : —
Manufacturer
Kiểu mẫu : —
Model
Mã nhận diện : —
Equipment ID
Số sê-ri : —
Serial No.
Khách hàng : CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM
Customer
Quy trình HC : LAB-F-01, LAB-T-02
Procedure
Tiêu chuẩn TK : ISO 6330
Ref. Standard
Môi trường : Nhiệt độ: $[25 \pm 2]$ °C / Độ ẩm: $[63 \pm 5]$ %RH
Environment

CHUẨN SỬ DỤNG / STANDARDS USED:

Tên thiết bị chuẩn (Name)	Mã số (ID)	Liên kết chuẩn (Traceable)	Hiệu lực (Due Date)
—	—	—	—

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN / CALIBRATION RESULTS:

Thông số Parameter	Điểm HC Cal.Pt	Đo lần 1 As Found 1	Đo lần 2 As Found 2	Đo lần 3 As Found 3	KĐBĐ ± Uncert.	Dung sai Toleran.	Phù hợp Conform.	Chuẩn sử dụng Ref. Std
nhệt độ	—	—	—	—	—	—	A	LAB-BALANCE.01
radian	—	—	—	—	—	—	A	LAB-BALANCE.01
—	—	—	—	—	—	—	A	—

NGƯỜI SOÁT XÉT / REVIEWED BY

Lê Cảnh Nhật Quang

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

Lưu Ngọc Thống